

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД

Шајкашка 34, Нови Сад

Број: 01-404-173/2015-12

Дана: 13.02.2015.

Нови Сад

На основу члана 63. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), а поступајући у складу са чланом 20. истог Закона, Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад, улица Шајкашка 34, Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац), поступајући по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 02/2015, благовремено упућује

ОДГОВОР

Додатне информације и појашњења конкурсне документације јавне набавке мале вредности – набавка добара – хемикалије и лабораторијски потрошни материјал, бр. 02/2015

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 13.02.2015. године путем електронске поште Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 02/2015 где је поставио следеће питање:

Молим Вас да нам дате одговор на следећа питања везана за вашу тендерску документацију ЈН 02/2015 у законом предвиђеном року:

1. У ставци број 9. не наводите запремину тражене бирете 10, 25 или 50ml, такође не наводите да ли је потребно понудити комплет или само бирету и која је у питању тамна или светла. Молим Вас за разјашњење.
2. У ставци број 16 не наводите који су бутирометри у питању за млеко 0-7% или неки сасвим други за сир, павлаку... Молим Вас за разјашњење
3. У ставци број 20 не наводите који је пречник траженог црева? Молим Вас за разјашњење
4. У ставци 64 не наводите који је пречник траженог левка. Молим вас за разјашњење
5. У ставци 68. наводите Либигов хладњак усправни, да ли мислите са рефлуksom? Молим Вас за разјашњење
6. У стаци 111. не наводите димензије кутијица, пошто нам 50g не даје никакво објашњење шта понудити. Молим Вас за разјашњење
7. У ставкама 114 и 115 не наводите димензије реагенс боца које сте понудили
8. у ставкама 124 и 125 не наводите за које епрувете и кивете су Вам потребни сталци. Молим Вас да нам кажете о који димензијама епрувета и кивета се ради. Узмите у обзир да кивете и епрувете немају исте димензије па нам разјасните од 10 тражених комада колико је за епрувете а колико за кивете.

Одговор:

1. Аутоматске бирете - запремине 50cm³, са пумпицом и боцом од 2l, светла, комплет бирета
2. Бутирометри за млеко, 0-7%
3. Црева за хладњаке Ø6/8mm
4. Пречник траженог левка Ø50
5. Мисли се на стандардни Либигов хладњак, да није са шлифом
6. ПВЦ козметичке кутије са поклопцем од 50gr , Ø60x25mm
7. Запремине реагенс боца под тачкама 114. и 115. су 100ml
8. ставка 124. Број радни места на сталку 24, промер отвора Ø 16
ставка 125. Број радни места на сталку 30, промер отвора Ø 16

Одговор саставила:
Комисија за јавну набавку