

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД
Шајкашка 34, Нови Сад
Број: 01-404-284/2016-04
Дана: 14.03.2016.
Нови Сад

На основу члана 63. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а поступајући у складу са чланом 20. истог Закона, Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад, улица Шајкашка 34, Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац), поступајући по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 03/2016, благовремено упућује

ОДГОВОР

Додатне информације и појашњења конкурсне документације јавне набавке мале вредности – набавка добара – хемикалије и потрошни лабораторијски материјал, бр. 03/2016

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 11.03.2016. године путем електронске поште Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 03/2016 где је поставио следећа питања:

Партија 1.

1. Ставка 16. Да ли се мисли на Калијум фeroцијанид $K_4(Fe(CN)_6) \cdot 3H_2O$?

Партија 2.

1. Ставка 2, 6 и 7. Да ли мислите на Аутоматске бирете по Pellet-у са боцом и пумпицом или без?
2. Ставка 11. Можете ли да наведете % за бутирометар.
3. Ставка 23. Замолила вих Вас за димензије капиларе и ул, или каталошки број.
4. Ставка 48. Да ли је одговарајуће понудити Пастерове пипете PVC од 3ml?
5. Ставка 49. Да ли је одговарајуће понудити Петри шоље 92x15cm?
6. Ставка 90. Молим Вас да појасните у опису шта значи 1/175?

Одговор:

Партија 1.

1. Ставка 16. – Да, мисли се на Калијум фeroцијанид - $K_4(Fe(CN)_6) \cdot 3H_2O$.

Партија 2.

1. Ставка 2, 6 и 7. – Ставка 2. – Аутоматска бирета од 25cm³ по Pellet- у са боцом без пумпице; Ставке 6. и 7. обична бирета по Шелбаху, равна славина
2. Ставка 11. – 35%
3. Ставка 23. – 12,5cm (дужина), отвор 0,01
4. Ставка 48. – Да
5. Ставка 49. - Да, уколико сте мислили на димензије 92x15mm, а не cm.
6. Ставка 90. – у једном паковању 175 куглица.

Одговор саставила:
Комисија за јавну набавку